



[Inicio de la FDA](#) ³ [Dispositivos médicos](#) ⁴ [Bases de datos](#) ⁵
Clasificación del producto

[Nueva búsqueda](#)

[Regresar a los resultados de búsqueda](#)

Dispositivo	Kit De Torniquete
Descripción de la regulación	Torniquete no neumático.
Definición	Este código de producto se ha establecido de acuerdo con la Guía del 20 de mayo de 1997 titulada Guía reglamentaria provisional de kits de conveniencia, que se encuentra en www.fda.gov/cdrh/ode/convkit.html . Este tipo de kit de conveniencia, como se indica en la guía anterior, está bajo la discreción de la aplicación y no requiere una notificación previa a la comercialización (510 (k)) para comercializar si cumple con todos los criterios de la guía.
Estado físico	Este código de producto se ha establecido de acuerdo con la Guía del 20 de mayo de 1997 titulada Guía reglamentaria provisional de kits de conveniencia, que se encuentra en www.fda.gov/cdrh/ode/convkit.html . Este tipo de kit de conveniencia, como se indica en la guía anterior, está bajo la discreción de la aplicación y no requiere una notificación previa a la comercialización (510 (k)) para comercializar si cumple con todos los criterios de la guía.
Método técnico	Este código de producto se ha establecido de acuerdo con la Guía del 20 de mayo de 1997 titulada Guía reglamentaria provisional de kits de conveniencia, que se encuentra en www.fda.gov/cdrh/ode/convkit.html . Este tipo de kit de conveniencia, como se indica en la guía anterior, está bajo la discreción de la aplicación y no requiere una notificación previa a la comercialización (510 (k)) para comercializar si cumple con todos los criterios de la guía.
Área objetivo	Este código de producto se ha establecido de acuerdo con la Guía del 20 de mayo de 1997 titulada Guía reglamentaria provisional de kits de conveniencia, que se encuentra en www.fda.gov/cdrh/ode/convkit.html . Este tipo de kit de conveniencia, como se indica en la guía anterior, está bajo la discreción de la aplicación y no requiere una notificación previa a la comercialización (510 (k)) para comercializar si cumple con todos los criterios de la guía.
Regulación Especialidad Médica	Cirugía General y Plástica
Panel de revisión	Cirugía General y Plástica
Código de producto	OJS
Revisión previa a la comercialización	⁶ (DHT4A) Dispositivos de cirugía general Dispositivos de cirugía general (DHT4A)
Tipo de envío	Discreción de ejecución
Número de regulación	⁷ 878.5900
Clase de dispositivo	1
Ciclo de vida total del producto (TPLC)	⁸ Informe de código de producto TPLC
¿Exento de GMP?	No

Resumen Mal funcionamiento de Información	Elegible
Dispositivo implantado?	No
¿Dispositivo de soporte / soporte vital?	No
Revisión de terceros	No apto para terceros

Enlaces en esta página:

1. <http://www.addthis.com/bookmark.php?u508=true&v=152&username=fdamain>
2. <http://www.addthis.com/bookmark.php>
3. <https://www.fda.gov/>
4. <https://www.fda.gov/Medical-Devices>
5. <https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/medical-device-databases>
6. <https://www.fda.gov/about-fda/cdrh-offices/cdrh-management-directory-organization#DHT4A>
7. </scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?fr=878.5900>
8. </scripts/cdrh/cfdocs/cfTPLC/tplc.cfm?id=5988>

Última actualización de la página: 16/08/2021

Nota: Si necesita ayuda para acceder a información en diferentes formatos de archivo, consulte las [Instrucciones para descargar visores y reproductores](#) .

Asistencia con el idioma disponible: [Español](#) | [繁體中文](#) | [Tiếng Việt](#) | [한국어](#) | [Tagalo](#) | [Русский](#) | [العربية](#) | [Kreyòl Ayisyen](#) | [Français](#) | [Polski](#) | [Português](#) | [Italiano](#) | [Deutsch](#) | [日本語](#) | [فارسی](#) | [inglés](#)

[Accesibilidad](#) [Comuníquese con la FDA](#) [Carreras](#) [Conceptos básicos de la FDA](#) [FOIA](#) [Sin acto de MIEDO](#) [No discriminación](#) [Políticas del sitio web](#) / [Privacidad](#)



Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU.
10903 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20993
Tel. 1-888-INFO-FDA (1-888-463-6332)

[Comuníquese con la FDA](#)



[Para el gobierno](#) [Para prensa](#)

[Productos combinados](#) [Comités asesores](#) [Ciencia e investigación](#) [Información reglamentaria](#) [La seguridad](#)
[Preparación para emergencias](#) [Programas internacionales](#) [Noticias y Eventos](#) [Formación y educación continua](#)
[Inspecciones / Cumplimiento](#) [Funcionarios estatales y locales](#) [Consumidores](#) [Industria](#) [Profesionales de la salud](#)
[Archivo de la FDA](#)

**Enlaces en esta página:**

1. <http://www.addthis.com/bookmark.php?u508=true&v=152&username=fdamain>
2. <http://www.addthis.com/bookmark.php>
3. <https://www.fda.gov/>
4. <https://www.fda.gov/Medical-Devices>
5. <https://www.fda.gov/medical-devices/device-advice-comprehensive-regulatory-assistance/medical-device-databases>
6. <https://www.fda.gov/about-fda/cdrh-offices/cdrh-management-directory-organization#DHT4A>

7. /scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm?fr=878.5900

8. /scripts/cdrh/cfdocs/cfTPLC/tplc.cfm?id=5988